

实验室安全隐患闭环管理清单

安全隐患编号（国资处编）：2201

所属单位	环境科学与 工程学院	楼宇房间号	博睿楼 B231
实验室名称	祝方教授实验室	安全责任人	祝方
隐患通知单级别	黄/橙/红	下发日期	2022.7.28

（附：安全隐患整改通知书照片）

太原理工大学
实验室III级安全隐患整改通知书

编号2201 (第2联实验室) 日期: 2022年7月28日

所属院所	环工学院	楼宇房间号	博睿楼B231
实验室名称	污染控制化学与修复科研工作室		

整改要求:

- 易制毒、易制爆药品(含试剂)要按要求存储、管理。
- 电源插座不允许在实验室充电和放置。
- 废液要分类。

整改期限: 至 8月15日完成整改
 督导员签字: 杨春雨

整改承诺: 按期整改
 实验室安全责任人签字: 祝方

注: 在督导组规定时间内, 如仍未整改, 督导组将按《太原理工大学实验室安全隐患及事故责任追究办法》的有关规定执行。

太原理工大学
实验室III级安全隐患整改情况回执

编号2201 (第4联回执) 日期: 2022年8月20日

所属院所	环工学院	楼宇房间号	博睿楼B231
实验室名称	污染控制化学与修复科研工作室		

整改完成情况: 全部按要求整改
 单位负责人签字(盖章): 祝方

督导组意见: 全部按要求整改
 督导员签字: 杨春雨

注: 所属单位督促实验室在规定时间内完成整改, 并填写回执单, 由单位负责人签字盖章, 交给督导老师, 由督导组给出意见, 作为年终绩效考核的依据之一。

（附：安全隐患现场图）



整改 情况 评价	回头看日期	2022年8月30日
	是否完成整改?	是✓ 否
	整改情况评价:	实验场所紧张, 药品柜破旧, 但导师认识到了安全的重要性, 带领学生全部按要求整改。
	安全督导员 (签字):	崔春雨

(附: 整改后现场图)



注: “1 隐患 1 清单”, 必须做到安全隐患闭环管理;
每月例会, 督导组成员提交本月安全隐患闭环管理清单;
每一个隐患完成整改后, 由国资处双面打印归档。