


实验室安全隐患闭环管理清单

安全隐患编号（国资处编）：

所属单位	土木工程学院	楼宇房间号	结构试验大厅 101
实验室名称	结构试验室	安全责任人	靳世宏
隐患通知单级别	黄	下发日期	2022.7.26

（附：安全隐患整改通知书照片）



（附：安全隐患现场图）



	回头看日期	2022.8.21
整改情况评价	是否完成整改？ 是 [✓] 否 整改情况评价：(1) 气体钢瓶已有序整理，空瓶已搬离，再用气瓶均已加防倒链和状态牌。(2) 已制定并张贴冲击落锤试验的操作规程及安全事故应急预案，目前未使用冲击落锤已卸除并置低安放。(3) 液压油堆放、存贮已有序整理。 安全督导员（签字）： <i>杜红亮</i>	

(附：整改后现场图)



注：“1 隐患 1 清单”，必须做到安全隐患闭环管理；
 每月例会，督导组成员提交本月安全隐患闭环管理清单；
 每一个隐患完成整改后，由国资处双面打印归档。